

Wir

We

**B. Braun Avitum AG**  
**Schwarzenberger Weg 73-79**  
**34212 Melsungen**  
**Germany**

erklären in eigener Verantwortung,  
dass das/die Produkt/e

**Aquaboss CCS**

(Artikelnummern siehe Anlage I)

mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien  
übereinstimmt/übereinstimmen:

Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom  
14. Juni 1993 über Medizinprodukte

**Konformitätsbewertungsverfahren:**  
nach Anhang II Absatz 3  
der Richtlinie 93/42/EWG

**Klassifizierung**  
gemäß Anhang IX der oben Richtlinie 93/42/EWG:  
Klasse IIa, Regel 2

**EG-Zertifikat Nr.**  
G1 066097 0096 Rev. 02

**Benannte Stelle:**  
TÜV SÜD Product Service GmbH  
Ridlerstraße 65  
80339 München  
Deutschland  
Kennnummer 0123

**Datum der ersten CE-Kennzeichnung:**  
2019-04

Doc #: 85/19-RA-ac  
Doc Rev #: 2.0  
Rev date: 2020-02-28

Gültigkeit dieser Erklärung: bis 2024-05-26

hereby declare in our own responsibility  
that the product/s

**Aquaboss CCS**

(article numbers see attachment I)

is/are in compliance with the following directives:

Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993  
on medical devices

**Conformity assessment procedure:**  
according to annex II clause 3  
of Council Directive 93/42/EEC

**Classification**  
according to annex IX of Council Directive 93/42/EEC:  
Class IIa, rule 2

**EC Certificate No.**  
G1 066097 0096 Rev. 02

**Notified body:**  
TÜV SÜD Product Service GmbH  
Ridlerstraße 65  
80339 Munich  
Germany  
Identification number 0123

**Date of first CE-marking:**  
2019-04

Doc #: 85/19-RA-ac  
Doc Rev #: 2.0  
Rev date: 2020-02-28


Validity of this declaration: until 2024-05-26

Melsungen, 2020-02-28



Manfred Herres  
Senior Vice President CoE Active Medical Devices

Mirandola, 2020.02.28



Dr. Giuliana Gavioli  
Head of Division RA

## Anlage I / Attachment I

**Aquaboss CCS**


Elektrische Ausführung / Electrical version: 50 / 60 Hz, 100 - 240 V

Art.-Nr. / Art. No.	Artikelbezeichnung / Article description
LA1701005	CCS-P 1/1
LA1701010	CCS-P 1/2
LA1701015	CCS-P 2/1
LA1701020	CCS-P 2/2
LA1701025	CCS-P 3/1
LA1701030	CCS-P 3/2

Melsungen, 2020-02-28

Manfred Herres  
Senior Vice President CoE Active Medical Devices

Mirandola, 2020-02-28

Dr. Giuliana Gavioli  
Head of Division RA